

質疑回答書

高規格救急自動車整備事業の仕様書に関する質疑がありましたので、次のとおり回答します。

件名	高規格救急自動車整備事業	
No.	質疑事項	回 答
1	「01雲南広域連合告示第9号」2-(5) 過去10年間に国、地方公共団体又はそれに準ずる機関(公社、公団、事業団)に高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材の納入完了実績を有すること。とありますが車両のみの納入実績でもよろしいでしょうか。もしくは自動車及び資機材の納入実績は同じ団体に年度違いでの実績でもよろしいでしょうか。	承認します。
2	仕様書P2-第1章-4-(2) 完成納車時の書類をA4版ファイル1部及び電子媒体で1部とございますが、一部車両取扱説明書など電子媒体での提出は不可となるため、ファイル2部での提出でもよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
3	仕様書P4-第2章-3 4輪駆動は燃費も考慮した2WDと4WDを切り替える事の出来るパートタイム4WDとなりますがよろしいでしょうか。	承認します。
4	仕様書P4-第2章-3 タイヤは高性能ラジアルタイヤとありますがメーカー標準装着タイヤでよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
5	仕様書P4-第2章-4-(8) 車輪止めはゴム製とございますが、樹脂製の対応でもよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。

6	仕様書P5－第3章－2－(2)－ア、ウ 車輛側面赤色補助警光灯とルーフサイド作業灯一体型タイプとなりますがよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
7	仕様書P6－第3章－2－(3)－イ 車輛後部ドア作業灯兼赤色補助警光灯とございますが、赤色灯はバックドア上部に4灯の点滅灯となるため、作業灯とは別となりますがよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
8	仕様書P7－第3章－3－(4)－ク 運転席後部に地図入れ取付とございますが、運転席後部は無線機関係の機器設置スペースとしているため地図入れ設置が出来ないため、運転席後部の縦型収納庫付近への取付となりますがよろしいでしょうか。	承認します。
9	仕様書P8－第3章－3－(4)－シー(オ) ステアリングスイッチとございますが、ハンドルにはベース車管理用のスイッチがあるため取付できないため、運転席付近へのスイッチ取付となりますがよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
10	仕様書P8－第3章－3－(6)－アー(イ) 運転席、患者室及び患者室右後方に室内灯スイッチを取付けるとございますが、患者室右後方への取付は不可となるため、患者室は一箇所の対応でよろしいでしょうか。	承認します。
11	仕様書P9－第3章－3－(6)－ウ 大型高度救命処置用資機材収納庫に二つ折り式扉とございますが、1枚扉の取付でもよろしいでしょうか。	承認します。

12	仕様書 P 9－第 3 章－3－(6)－キ ホワイトボードはホーロー製ではございませんが類似品の対応でよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
13	仕様書 P 9－第 3 章－3－(6)－ケ アナログ電波時計とございますが、車両用のアナログ時計は電波なしとなりますがよろしいでしょうか。また、バックドア部取付とございますが、右側側面レールへの取付となりますがよろしいでしょうか。	アナログ電波時計とし、取り付け位置については別途協議となります。
14	仕様書 P 10－第 3 章－3－(6)－サー(イ) 大型グリップ取付と下部へのグリップ取付が不可となりますが よろしいでしょうか。大型グリップでなければ両立可能となります。	承認します。ただし、取り付け位置については別途協議となります。
15	仕様書 P 10－第 3 章－3－(6)－セー(工) 防振ベットですが、完全防水で水で洗い流すことは可能ですが、一部コンプレッサーを使用するため電源を用いる乗り心地を重視した空気式防振架台となりますがよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
16	仕様書 P 11－第 3 章－4－(2)－ア、イ 冷暖房装置は温度管理は運転席側のみとなり、患者室は風量調節となりますがよろしいでしょうか。	承認します。
17	仕様書 P 12－第 3 章－4－(2)－ク 100V コンセント埋込型とございますが、一部車両ピラー取付部は埋込型ではございませんがよろしいでしょうか。	承認します。

18	別紙1 各点滅灯及び作業灯にてウイレン製の型式を記載ございますが、記載の型式では対応できない点滅灯もあるため別の型式の点滅灯での取付となりますがよろしいでしょうか。別紙ウイレン製点滅灯取付事例をご参照願います。	ウイレン製であれば、承認します。型式については別途協議となります。
19	別紙1－2－(2)－4 路肩灯はウイレン製の対応は不可となりメーカー設定対応品となりますがよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
20	別紙1－5－4 患者室内灯は前後独立とございますが、左右独立でもよろしいでしょうか。	承認します。
21	別紙1－5－5 患者灯は無段階式調光とございますが、2段階でもよろしいでしょうか。	承認します。
22	別紙1－5－3 3、3 4 各型式記載ございますが、メーカー設定品対応でもよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
23	別紙3－4－1 人口呼吸器インスパイア回路用人工鼻フィルター1000成人用滅菌ストレートタイプは在庫のみでの販売終了予定のため同等品での対応でもよろしいでしょうか。	承認します。